

17 ינואר, 2019  
י"א שבט, תשע"ט

**מכרז סגור עם משא ומתן 01/18 - הזמנת הצעות לרכש ואספקה של סוללות חד פעמיות לשתלים קובליארים**


**מכתב הבהרה מס' 1**

במענה לשאלות אשר נתקבלו בידי כללית הנדסה רפואית בע"מ (להלן: "כללית") בקשר עם המכרז אשר בנדון (להלן: "ההליך" או "המכרז"), להלן מספר הבהרות ושינויים אשר ברצוננו להביא לידיעת כלל משתתפי ההליך:

(בכל מקום במכתב הבהרה זה יפורשו המונחים הקבועים בה בהתאם לאמור במסמכי ההליך, אלא אם נאמר במפורש אחרת).

**כללי**

- א. לשם הנוחות הועתקו השאלות כלשונן (ללא התייחסות לספק אשר הציג אותן) ובסמוך להן הוצגה התשובה הרלוונטית, לעיתים עם הפניה לתשובה קודמת או מאוחרת.
- ב. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי סעיפים ו/או הוראות במכרז ו/או בהסכם אשר לא שונו ו/או תוקנו באופן מפורש במענה שלהלן – יישארו ללא כל שינוי ויש לקרוא אותם כפי שהם. כל שינוי אשר בוצע כאמור, יהווה חלק בלתי נפרד מן המכרז.
- ג. בכל מקום במכתב הבהרה זה יפורשו המונחים הקבועים בה בהתאם לאמור במסמכי ההליך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

פירוט התשובה	פירוט השאלה	מס' סעיף	פרק	מס"ד
מדובר בטעות סופר. כמות הרכש השנתית עומדת על כ- 8,000 קופסאות. מובהר כי הנתונים כאמור ניתנים לצורכי התרשמות והערכה בלבד והם עשויים להשתנות מעת לעת, ובכלל זה באופן קיצוני ומהותי, בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי והמוחלט של הנדסה רפואית, על פי צרכיה המשתנים.	האם כמות הרכש השנתית היא אכן כ-1,200 קופסאות של 60 סוללות כ"א? כמות זו הינה הצריכה השנתית של 100 מושתלים בלבד.	3	מבוא	1.
תדירות האספקה למחסנים תהא על-פי דרישה, בהתאם למועדי האספקה הקבועים בהסכם.	מה תהיה תדירות האספקה למחסיני הנדסה רפואית? אחת לשנה? לחודש?	4	מבוא	2.
הבקשה אינה מתקבלת. אין שינוי במסמכי ההליך.	סוללות אבץ אויר מסוג Power One Implant P675 לשתלים קוכליארים מוצעות דרך אותו היצרן "Varta" כשהן ממותגות בשם אחר. היצרן סיפק אישור שמדובר באותם סוללות ובאותו מפרט טכני. האם מקובל עליכם שנציע גם את הדגם הממותג בהצעה כ"דגם נוסף?"	6	כתב ההזמנה	3.
הבקשה מתקבלת. גבול האחריות יתוקן לסך של \$ 1,000,000 למקרה ולתקופה. נוסח מתוקן של אישור הביטוח יועבר לספק הזוכה בצירוף הודעת הזכייה.	הדרישה במכרז לביטוח אחריות מקצועית בגבולות אחריות לתקופה הוא – \$ 2,000,000 עברנו על דרישות הביטוח למכרז והתייעצנו עם יועץ הביטוח של החברה. בהינתן העובדה שמדובר במכרז לאספקת סוללות, הומלץ לנו לבטח את אחריותנו המקצועית בגבול אחריות של \$ 1,000,000 למקרה ולתקופה כמופיע בפוליסה התקפה שברשותנו. גבול אחריות של \$ 1,000,000 מתקבל בכל המכרזים שהשתתפנו עד כה ומבוסס על ניסיון מצטבר בתחום עיסוקנו (מכשירי שמיעה).	67.6	נספח ג'	4.
אין דרישה למינימום מחזור כספי.	זהו סעיף כוללני האם ישנה דרישה למינימום מחזור עסקי בשנים האחרונות?	9.2	תנאים מקדימי (עמ' 3)	5.
כן. המציעים נדרשים להגיש הצעה אך ורק לסוג הסוללות המפורט במסמכי המכרז. <b>לא ניתן להגיש הצעה לסוג/דגם אחר של סוללות.</b>	האם הכוונה בהגדרה "מסוג" היא אך ורק לסוללות המצוינות במכרז, דהיינו: Power One Implant P675 כפי שניתן לראות בתמונה או שניתן להציע סוללות דומות מאותו הסוג? 	3	נספח א – הצעת מחיר	6.

פירוט התשובה	פירוט השאלה	מס' סעיף	פרק	מס"ד
כן. המציעים נדרשים לספק סוללות בעלות תוקף של ארבע שנים לפחות מיום האספקה.	האם ישנו הכרח כי פגות התוקף של המוצר תהיה ארבע שנים לפחות מיום האספקה? הערה: בניסוח הנוכחי אין דרישה למינימום תוקף. כאשר סוללות Power One Implant P675 יש תוקף של ארבע שנים. כאשר כל שנה מאבדות הסוללות כ 10%-15% מיעילותן.	3	נספח א' – הצעת מחיר	.7

#### סיכום

1. תשומת כל בקשה לשינוי סעיף מסעיפי המכרז שלא זכתה להתייחסות מפורשת בגדרי מכתב הבהרה זה - יש לראותה **כבקשה שנדחתה**. מעבר לאמור לעיל, לא חל כל שינוי במסמכי המכרז ובתנאיו.
2. בכל מקרה של סתירה בין הקבוע במסמכי ההליך לבין הקבוע במכתב הבהרה זה, יגבר הקבוע במכתב הבהרה זה.
3. מכתב הבהרה זה הנו חלק ממסמכי ההליך, ועל כן עליכם לצרפו להצעתכם כשהוא חתום בחתימה מחייבת במקום המיועד לכך.

בכבוד רב,

ועדת מכרזים  
כללית הנדסה רפואית בע"מ

#### הצהרת המציע

אני הח"מ מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

1. קראתי והבנתי את האמור במכתב הבהרה זה על כל צרופותיו ואני מסכים לכל האמור בו.
2. קראתי בעיון רב את מסמכי הפניה על נספחיהם וצרופותיהם, לרבות במכתב הבהרה זה, הבנתי את תוכנם, משמעותם והשלכותיהם, והגשתי את הצעתי לאחר שהבנתי והסכמתי לקבוע בהם והצעתי כוללת התחשבות בכל ממסמכי הפניה, לרבות האמור במכתב הבהרה זה.

תאריך

חתימת המציע